



GROUPE
VIDYMED

URGENCES PÉDIATRIQUES



L'INHALATION

Informations destinées aux parents



GROUPE
VIDYMED



swiss
olympic



Medical
Center

Votre enfant a besoin d'utiliser la chambre d'inhalation prescrite par le médecin pour traiter des affections qui engendrent un rétrécissement des bronches.

PLAN DE TRAITEMENT

Médicaments	Heure	Heure	Heure
Bronchodilatateur	Push	Push	Push
Corticoïde	Push	Push	Push

Médicaments	Heure	Heure	Heure
Bronchodilatateur	Push	Push	Push
Corticoïde	Push	Push	Push

Rendez-vous chez le pédiatre dans jours.

Médicaments	Heure	Heure	Heure
Bronchodilatateur	Push	Push	Push
Corticoïde	Push	Push	Push

Médicaments	Heure	Heure	Heure
Bronchodilatateur	Push	Push	Push
Corticoïde	Push	Push	Push

MODE D'EMPLOI DE LA CHAMBRE D'INHALATION

- Retirez le capuchon de l'aérosol-doseur et **agitez** le fort environ **10-15 fois**.
- Installez l'enfant confortablement. La chambre d'inhalation doit être à **l'horizontale**. Insérez l'aérosol-doseur dans la chambre d'inhalation.
- Positionnez le masque **hermétiquement** autour de la **bouche et du nez**. (Dès 5 ans, il est recommandé d'utiliser l'embout buccal. Dans ce cas, contrôler que l'enfant respire seulement par la bouche. Si besoin, lui pincer légèrement le nez.)
- **Appuyez** sur l'aérosol-doseur et faites respirer votre enfant **5-10 fois** dans le masque. Surveillez que **la valve bouge**.
- Recommencez la même procédure **selon le nombre de push** prescrit par votre pédiatre.



COMMENT VÉRIFIER SI VOTRE VENTOLIN EST VIDE ?

Il suffit de le peser (sans embout buccal)		Doses restantes
28 g	Il est plein	200
25 g	Il est 3/4 plein	150
21 g	Il est à moitié plein	100
18 g	Il est 1/4 plein	50
15 g	Il est vide	0

- Pour les aérosols doseurs **sans compteur** : suivre les recommandations de la firme pharmaceutique.
- Pour les aérosols doseurs **avec compteur** : se fier à ce dernier.

COMMENT ENTREtenir UNE CHAMBRE D'INHALATION ?



Retirer uniquement la partie arrière. Ne pas retirer le masque ou le clapet.



Faire tremper les pièces 15 minutes dans de l'eau avec du liquide vaisselle. Agiter doucement.



Ne pas rincer la chambre pour éviter la formation d'électricité statique. Par contre, le masque peut être rincé à l'eau.



Secouer pour enlever l'excédent d'eau des pièces et les laisser sécher à l'air libre en position verticale. Il faut que toutes les pièces soient sèches avant de les fixer à nouveau.

Ne pas essuyer les pièces !

Si votre chambre d'inhalation **n'est pas en plastique**, procédez de la même manière, à une différence près : La chambre peut être rincée à l'eau. Répétez ceci 1 fois par semaine lors de l'utilisation régulière.


SI VOTRE ENFANT PRÉSENTE LES SYMPTÔMES SUIVANTS

- Si votre enfant présente une **respiration sifflante**
- Si votre enfant **respire plus rapidement**
- Si votre enfant n'arrive pas à faire des **phrases complètes**
- Si votre enfant **refuse de boire** à cause de sa difficulté à respirer
- Si votre enfant présente une **toux « qui ne s'arrête pas »**

Contactez immédiatement votre pédiatre ou Centre d'urgences qui vous donneront des conseils adaptés.

En cas d'urgences vitales, appelez le 144.

Groupe Vidymed Centre médical de Vidy



Centre d'urgences pédiatriques

Route de Chavannes 11
1007 Lausanne
T +41 21 622 88 88

info@vidymed.ch
www.vidymed.ch